

***Technique du test rapide du
dépistage du VHC***

Fournitures requises

Contenu du kit:

- Cassettes,
- micropipettes de 30 μ l pour prélèvement capillaire,
- diluants et mode d'emploi,
- lancette (pour prélèvement capillaire)



Instructions

- ❖ Utilisez les précautions universels de sécurité
- ❖ Attribuer un numéro d'identification sur le test
- ❖ Masser le doigt sur lequel le prélèvement sera effectué
- ❖ Nettoyer le doigt avec de l'alcool
- ❖ Appliquer une incision à l'aide de la microlancette.
- ❖ Remplir le tube capillaire et déposer le sang

Prélèvement de l'échantillon capillaire



Désinfecter le doigt du patient




Piquer le doigt propre avec l'auto-piqueur fourni



Recueillir la goutte de sang avec la pipette tenue horizontalement

Prélèvement de l'échantillon capillaire



Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt sur la cassette



Délivrer une goutte de diluant dans la zone de dépôt et attendre 15 min avant lecture

Lecture et interprétation



Test positif :

Apparition d'une bande rouge au niveau de la zone T et de la zone C



Test négatif :

Les anticorps du VHC n'ont pas été détectés dans l'échantillon.



Test invalide

Lecture et interprétation

